concile



_Factsheet

CrinoCheck® E2 (Estradiol)

Quantitativer Schnelltest zur Bestimmung des Estradiol-Spiegels

Selbst messen
Selbst abrechnen

CrinoCheck® E2 misst die Estradiol-Konzentration im Serum. Estradiol (E2), auch Östradiol genannt, ist das wichtigste weibliche Sexualhormon und ein zentrales Östrogen im Körper. Es steuert maßgeblich den Zyklus und unterstützt die Entwicklung sowie Erhaltung der weiblichen Fortpflanzungsorgane wie Brust, Gebärmutter und Vagina. Der Estradiol-Spiegel wird oft im Zusammenhang mit Menstruationsbeschwerden, unerfülltem Kinderwunsch oder Wechseljahrs-Symptomen bestimmt.

Unverbindliche Abrechnungsinformation
Die E2-Messung mit einem quantitativen Schnelltest wird nach GOÄ 4039 mit € 23,46 erstattet (Faktor 1,15).

- **Schnell**
  Ergebnis nach 10 Minuten ablesbar
- **Praktisch**
  Einfach direkt in der Praxis messen
- **Wirtschaftlich**
  Selbst abrechnen nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	40 µl Serum
Ergebnis	nach 10 Minuten
Messbereich	10–3000 pg/ml
Stückzahl	25/Packung
Lagertemperatur	2–30 °C

Für Ihre Praxis: der concile® DUO Reader



Für die Messung von **CrinoCheck® E2** benötigen Sie den **concile® DUO** Reader, ein präzises Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik mit integriertem Drucker für die Ergebnisse.
Der **concile® DUO** Reader misst als Multispektralgerät die optische Dichte und außerdem die Lichtintensität. Daher kann das Gerät alle Lateral Flow Assays inklusive Fluoreszenz-Immunoassays (FIA) innerhalb weniger Minuten auswerten.
Die concile Messsysteme sind so konzipiert, dass für ihre Handhabung keine eingehende Erfahrung auf dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin benötigt wird.*

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® DUO** Reader stellen wir zum Kaufen oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sowie eine regelmäßige Kalibrierung sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen. Eine Teilnahme an Ringversuchen ist nicht erforderlich (RiliBÄK Kapitel 2.2 Absatz 3). Wir empfehlen zusätzlich eine regelmäßige Wartung des Messgeräts.

* Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK 2019)



Weitere Tests für den concile® DUO Reader		
AMH	CRP	fT3
fT4	HbA1c	Homocystein
HPV High Risk	LH-FSH	NeoPT
PCT	Prolaktin	PSA
fPSA	SHBG	sPLA2-IIA
Testosteron	TSH	UBC® Rapid
Vitamin D		

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_DUO_E2_0626